

PROTOKÓŁ nr 206/PPOŻ/2024

**Z BADANIA PRZECIWPOŻAROWYCH
WYŁĄCZNIKÓW PRĄDU**

Data wykonania testu:

Grudzień 2024

Miejsce wykonania testu:

**Budynek handlowy
Ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała**

Opis badania:

1. Po uaktywnieniu wyłącznika przeciwpożarowego zasilanie zostało wyłączone na wszystkich obwodach.
2. Po podaniu napięcia wszystkie obwody powróciły do stanu sprzed wyłączenia.

Badane wyłączniki:

1. Wyłącznik P.POŻ. w pomieszczeniu administracyjnym – SPRAWNY
2. Wyłącznik P.POŻ. UPS1 w pomieszczeniu administracyjnym – SPRAWNY
3. Wyłącznik P.POŻ. UPS2 w pomieszczeniu administracyjnym - SPRAWNY

Uwagi :

Brak uwag

Orzeczenie:

Wyłączniki P.POŻ. są sprawne i nadają się do eksploatacji.

Mariusz Tkocz

Uprawnienia:

EG1/715/1347-50/21

DG1/715/1361-50/21

Mariusz Tkocz

Uprawniony do wykonywania, eksploatacji
i pomiarów instalacji elektrycznych

Zaświadczenie kwalifikacyjne

EG1/715/1347-50/21, DG1/715/1361-50/21

Grzegorz Gabzdyl

Uprawnienia:

EG1/715/440-17/20

DG1/715/430-17/20

Grzegorz Gabzdyl
Uprawniony do wykonywania, eksploatacji
i pomiarów instalacji elektrycznych.
Zaświadczenie kwalifikacyjne:

EG1/715/440-17/20

DG1/715/430-17/20

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEŚT SP. Z O.O. SP.K. 43-460 Wisła ul. Ustrońska 23

Tel/fax +48338541033 email: technet@technet.wisla.pl

NIP 548-269-02-17 REGON 369230620

TECHNET INVEŚT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23 43-460 Wisła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359